



Le migliori
tecnologie
al servizio
degli
specialisti



Jacob Philipp Hackert - Veduta dei Campi Flegrei dall'Eremo dei Camaldoli in Napoli - 1797



Sistemi di Monitoraggio Laboratori

Sensori

- Catalitici
- Elettrochimici
- Pellistor
- Infrarossi

Per fughe di gas

- Metano
- GPL
- Idrogeno
- Benzene
- Ammoniaca
- Monossido di carbonio
- Acido solfidrico
- Acido cianidrico
- Ossido di azoto
- Biossido di azoto
- Ossigeno
- Anidride solforosa
- Cloro
- Acido cloridrico
- Anidride carbonica
- Acetilene
- altri gas a richiesta



Centrali

Programmabili,
ed espandibili
da 1 a 200 sensori

<http://www.spfimpianti.it/prodotti/>



Impianti Gas

Pannelli di decompressione



**Elementi per gas puri,
tossici, combustibili,
inerti, e criogenici**

**Componenti per
impianti gas
con purezza fino
a 99,9999% (6.0)**

Valvole manuali e automatiche



Regolatori di pressione



<http://www.spfimpianti.it/prodotti/>



Estrazione Fumi e Trattamento

Bracci

Bracci di aspirazione per vapori e polveri, anche in versione ATEX. Raggio d'azione 1÷4 metri



Filtri

- a carbone attivo
- a cartucce
- a maniche
- assoluti (HEPA)
- modulari
- autopulenti
- per micropolveri



Aspiratori

- Centrifughi
- Elicoidali
- Assiali
- Antideflagranti
- Per cappe chimiche e armadi di sicurezza
- Verifiche certificate di portata e tiraggio



<http://www.spfimpianti.it/prodotti/>



Raccordi

Socket Weld Connector



Female Connector



Male Connector



Reducer



Pipe Weld Connector



**Raccorderia
Inox 316,
Brass, e Alloy**

Tube Adapter



Union Connector



Port Connector



**Raccordi a
compressione con
doppia ogiva**

Diametri:
1/16"÷2"; 2÷50mm
P. massima: 11000PSI
T. massima: 650°C

<http://www.spfimpianti.it/prodotti/>





Via Cuma Licola, 106 - 80078 Pozzuoli, NA
tel. 081 867 85 66, fax. 081 867 85 68
Cell. +39 348 580 96 64
spf.impianti@gmail.com
<http://www.spfimpianti.it>
P.I. 05755260634

CNR-UNI 10011 11.3

- Durante la loro vita le opere metalliche devono essere ispezionate periodicamente da tecnici qualificati incaricati di ciò dal committente.
- Una prima visita di controllo deve essere fatta ad un anno dall'entrata in esercizio della struttura. In tale occasione deve essere stabilito l'intervallo di tempo massimo tra due ispezioni consecutive di dipendenza della natura, delle caratteristiche dell'opera e delle località in cui essa sorge; in ogni caso tale intervallo di tempo **non può essere maggiore di 10 anni**.
- Le ispezioni periodiche devono essere estese per quanto possibile a tutte le parti dell'opera per accertarne lo stato generale di conservazione e disporre, se del caso, i lavori di manutenzione. In particolare, devono essere verificati l'efficienza delle chiodature o saldature dei collegamenti, il funzionamento degli apparecchi di appoggio e l'integrità delle murature di sostegno.



CONTATTI



081 8678566



081 8678568



Via Cuma Licola, 106 -
80078 Pozzuoli (NA)




spf.impianti@gmail.com



www.spfimpianti.it



**Progettazione e Realizzazione
Impianti Speciali**



**Dal primo giorno i punti
di forza del nostro team
sono stati:**

- Il progressivo e continuo miglioramento della qualità degli impianti forniti
- Una sempre maggiore soddisfazione dei clienti
- La Specializzazione del proprio personale
- La scelta dei migliori fornitori sul mercato

